



## Termo de Referência

### **1- Do Objeto:**

O objeto do presente Termo de Referência é para Formação de registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamento e material permanente para estabelecimentos de Saúde pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Pará.

### **2- Do Prazo, local, condições de entrega e responsável pelo recebimento:**

**2.1-** O local de fornecimento é no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde situada na Avenida Celso Machado, 100, Bairro: Cristo Redentor Município de São Francisco do Pará. Horário de funcionamento: das 8h00min às 13h00min de segunda a sexta;

O produto deverá ser entregue no máximo de 30 (trinta) dias após a comprovação do recebimento da nota de empenho pela contratada

A Sr<sup>a</sup> Lays Lins de Souza será a pessoa responsável para acompanhar e fiscalizar as entregas.

### **3- Do Quantitativo:**

De acordo com Anexo A.

### **4- Das Obrigações da Contratada:**

**4.1-** Efetuar entrega dos equipamentos em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Contratante, em estrita observância das especificações deste Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente descritivo de cada item;

**4.2-** Executar diretamente o fornecimento, inclusive a garantia, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação;

**4.3-** Cumprir o prazo de entrega e vigência da garantia prevista;

**4.4-** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto de acordo com os artigos 12, 13, 17 e 27 o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

**4.5-** Se após o recebimento definitivo do produto for encontrado algum defeito, o fornecedor substituirá o item no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do



recebimento do aviso escrito enviado por fax ou e-mail ou outro meio hábil, sem ônus para a prefeitura;

4.6. Informar nome, número de telefone e e-mail do responsável, a fim de atender as solicitações da prefeitura, bem como para atendimento a assistência técnica durante a garantia;

4.7. Arcar com todos os encargos decorrentes da presente aquisição, especialmente os referentes a frete, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas;

4.8. Dispor de meios necessários ao transporte, para a devida entrega dos impressos no local de destino.

### **5. Das Obrigações da Contratante:**

5.1. Efetuar o empenho da despesa, garantindo o pagamento das obrigações assumidas;

5.2. Efetuar o pagamento da aquisição após Termo de Aceite Definitivo e de acordo com as condições acordadas entre as partes, no prazo de 30 (trinta) dias;

5.3. Comunicar a empresa sobre possíveis irregularidades observadas no equipamento fornecido para substituição;

5.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, bem como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite;

5.6. Rejeitar o equipamento entregues em desacordo com as especificações contidas neste Termo de Referência;

### **6. Da Garantia:**

6.1. Não serão aceitos equipamentos com avarias.

### **7. Das Sanções Administrativas:**

7.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista no Edital.

### **8. Do Critério de avaliação das propostas:**


8.1. Menor preço por item.

### **9. Da Fundamentação Legal:**

9.1. Fundamenta-se esta aquisição na lei 8.666/93, e alterações posteriores.

### **10. Vigência do contrato:**

10.1. O prazo de vigência do contrato será de acordo com a necessidade da contratante e poderá ser prorrogado a critério do órgão solicitante e de acordo com o





Art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, com validade e eficácia após a publicação do seu extrato.

### 11. Das Disposições Gerais:

11.1. A Secretária Municipal de Saúde reserva-se o direito de liberar a nota fiscal para pagamento, somente após o responsável pela Secretaria, aferir a quantidade, especificações, qualidade e adequação dos materiais entregues com as do Termo de Referência.

### 12. Dos Recursos Financeiros

12.1. As despesas decorrentes da aquisição serão atendidas através da seguinte dotação orçamentária para fins de contratação:

#### Exercício 2021:

- Manutenção de Outros Programas do SNS
- Manutenção das Atividades e Func. da Sec. Municipal de Saúde
- Manutenção do Programa de Atenção Básica.
- Manutenção dos Serviços de Vigilância

São Francisco do Pará, 18 de junho de 2021.


Patricia Silva  
Secretária Municipal de Saúde  
Secretaria Municipal de Saúde  
Port. nº 005/2021

Vanessa Soares Dantas  
Coord. Vig. Saúde  
Coord. Vig. em Saúde  
Port. 054/2017

Lays Lins de Souza  
Coord. Atenção Básica  
COREN-PA 100072

Elida de Lima Mira  
Diretora CSSESFA  
Diretora do Centro Especial de Saúde





## ANEXO-A

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	GELADEIRA - REFRIGERADOR 01 PORTA, CAPACIDADE BRUTA ENTRE 250 A 299 LITROS, COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU 110V, GARANTIA DE 01 ANO, COM CONGELADOR, DEGELO AUTO LIMPANTE, CLASSIFICAÇÃO "A" NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (PORTARIA INMETRO / MDIC NÚMERO 20 DE 01/02/2006).	UND	10
2	FORNO MICROONDAS COR BRANCO, VOLTAGEM: 110/127 V, PAINEL: DIGITAL, PRATO: GIRATÓRIO e CAPACIDADE MÍNIMA: 20 LITROS.	UND	10
3	FOGÃO A GÁS CARACTERÍSTICAS: FOGÃO A GÁS COM 04 BOCAS E ESPECTIVAS GRELHAS EM FERRO FUNDIDO; ESTRUTURA PROVIDA DE UM FORNO ACOMPANHADO DE 02 GRELHAS; APRESENTANDO O QUADRO SUPERIOR EM FERRO PERFIL, O CORPO E O VARÃO PROTETOR FRONTAL EM AÇO DOCE, DEVENDO O REGISTRADOR DE GÁS SER REGULÁVEL PARA CHAMA INTENSA OU FRACA E DESMONTÁVEL; CONSUMO DE GÁS DE 01 KG/HORA; ESTRUTURA/ACABAMENTO: SUPERFÍCIES EXTERNAS POLIDAS; JUNÇÕES SOLDADAS ELETRICAMENTE; GRELHAS E QUEIMADORES RESISTENTES AO CHOQUES TÉRMICOS; FORNO COM ISOLAMENTO TÉRMICOS, DOTADO DE GUARNIÇÃO EM FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO CROMADO, DEVENDO AS RESPECTIVAS GRELHAS SE AJUSTÁVEIS A DIVERSAS ALTURAS; DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 85 CM; LARGURA 75 CM; ALTURA TOTAL 80 CM; DIÂMETRO DAS GRELHAS (CADA) 28 CM; DIÂMETRO PARA LIGAÇÃO DE GÁS ½ POLEGADA; COMANDO FRONTAL. DEVERÁ ACOMPANHAR CONDUTORES ESPECÍFICOS PARA ALIMENTAÇÃO DO GÁS.	UND	12
4	BRAÇADEIRA HOSPITALAR -BRAÇADEIRA HOSPITALAR BRAÇADEIRA DE INJEÇÃO EM AÇO INOX - ALTURA REGULÁVEL CONSTRUÍDA EM TUBOS DE 7/8" X 0,9MM BASE EM QUADRIPE TUBULAR. HASTE INOX EM TUBO ¾" E APOIO DE BRAÇO EM HAPA AÇO INOX 0,75MM. ALTURA MÍNIMA: 0,80M. ALTURA MÁXIMA:1,16M	UND	10
5	BANCO MOCHO GIRATÓRIO A GÁS COM ENCOSTO, ASSENTO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EM CORANO LAVÁVEL NA COR BRANCO, BASE COM 5 PÉS EM NYLON INJETADO COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS. AJUSTE DE ALTURA ATRAVÉS DE SISTEMA A GÁS. ALTURA REGULÁVEL ENTRE 50 E 60CM.	UND	10
6	COLCHONETE PARA MACA CONFECCIONADO EM ESPUMA, REVESTIDO EM COURVIN NÁUTICO SINTÉTICO; DIMENSÕES: 131.0 CM X 49.5 CM X 5.5 CM (C X L X A).	UND	30
7	BALANCA ANTROPOMÉTRICA CAPACIDADE DE 200 KG, PRECISÃO DE 100GR, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA QUE MEDE ATÉ 2M	UND	10



8	<p>CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS DE NYLON, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO SECRETÁRIA, COM APOIO PARA OS BRAÇOS, TIPO DIGITADOR, ESTOFAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO SEM COSTURA E ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE D55, INDEFORMÁVEL, COM CONCHA INTERNA DE BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA, DE POLIPROPILENO INJETADO REICLÁVEL, REVESTIDOS COM TECIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR VERDE E CONCHAS PARA ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM ESPESSURA DE 12MM, DE ALTA RESISTÊNCIA E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO REICLÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ASSENTO DE ESPALTAR BAIXO E ENCOSTO INTELIGADOS POR MECANISMO SINCRONIZAD, COM REGULAGEM VERTICAL E ANGULAR DO ENCOSTO COM VARIAÇÃO DE 15 % E ANGULAR DO ASSENTO COM VARIAÇÃO DE 10°, AJUSTAGEM E TRAVAMENTO POR ALAVANCAS DE EMBREAGENS, CARENAGENS DE ACABAMENTO INJETADOS EM POLIPROPILENO RESISTENTES A IMPACTOS, BASE GIRATÓRIA, COM 5 HASTES EQUÍDISTANTES, FABRICADAS EM TUBO DE AÇO SAE 1020 25X25X1,50 MM CONTORNADAS POR DOBRAS E REFORÇADAS COM SOLDAS PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA À CARGAS ESTÁTICAS SOBRE O ASSENTO, HASTES REVESTIDAS POR INTEIRO COM CAPAS INJETADAS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E BUCHAS DE FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS INJETADAS EM POLIAMIDA 6.0 COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO DE POLIAMIDA 6.0 E COM CARGA DE POLIPROPILENO COM EIXO CENTRAL APOIADA EM ESFERA DE ROLAMENTO DE AÇO, TUBO CENTRAL COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA A GÁS E BUCHA TELESCÓPICA DE ACABAMENTO EM POLIETILENO, PLACA SUPERIOR DA BASE EM CHAPA DE AÇO PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO, COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DO MECANISMO DESLIZANTE DE REGULAGEM DA BASE, COM MANÍPULO INJETADO EM POLIETILENO.</p>	UND	80
---	---	-----	----



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



9	<p>CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, 4 PÉS FIXOS EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, COM ENCOSTO DE ESPALDAR BAIXO, ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO ABLONGO SAE 1020 16 X 30 X 1,5MM COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E OBLONGO SAE 1020 16X30X15MM, COM TRATAMENTOANTIFERRUGINOSO E ANTICORROSIVO POR FOSFOTIZAÇÃO, PINTADA EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA, TERMINAIS DOS TUBOS COM PONTEIRAS INJETADAS EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, TRAVESSAS ESTRUTURAIS FABRICADAS EM TUBO DE AÇO 3/4X1,2MM COM O MESMO ACABAMENTO DA ESTRUTURA ASSENTO E ENCOSTO UNIDOS POR MEIO DE DUAS ESTRUTURASEQUIDISTANTES DO CENTRO FEITAS DE TUBO DE AÇO OBLONGO SAE 1020 16X30X1,5MM, ASSENTO EM CONCHA DE COMPENSADO MULTILAMINADO DE 10MM DE ESPESSURA DE ALTA RESISTÊNCIA E ESPUMA LAMINADA EM POLIURETANO DE ESPESSURA 32 MM E DENSIDADE D33 DE FORMA CÔNCOVA NA PARTE SUPERIOR PARA ACOMODAR O USUÁRIO CONFORTAVELMENTE POR MAIS TEMPO E COM BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA PARA NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUINEA REVESTIDO EM TECIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, RASGAMENTO, ESGAÇAMENTO, SOLIDEZ A LUZ E NAO REAGENTE A MANCHAS, NA COR VERDE, ENCOSTO EM CONCHA DE COMPENSADO MULTILAMINADO DE 10 MM DE ESPESSURA, DE ALTA A IMPACTOS COM ESPESSURA LAMINADA EM POLIURETANO DE ESPESSURA 30MM, DENSIDADE D23 EM FORMATO ERGONÔMICO, REVESTIDOE M TECIDO SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, RASGAMENTOESGAÇAMENTO, SOLIDEZ A LUZ E NÃO REAGENTES A MANCHAS, CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS.</p>	UND	60
---	--	-----	----



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



10	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO PRESIDENTE, COM APOIO DE BRAÇOS TOTALMENTE INJETADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIDA EM TECIDO, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO, PARAFUSADOS SOB O APÓIO BRAÇO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, COM 4,25MM DE ESPESSURA COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, COM ENCOSTO DE ESPALDAR ALTO E ASSENTO UNIDOS POR MEIO DE ESTRUTURA INJETADA EM POLIAMIDA 6.0 COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REGULAGEM DE ALTURA EM 5 POSIÇÕES DIFERENTES, COM ACIONAMENTO MANUAL E DESLIZAMENTO MECÂNICO, ESPUMA ANATÔMICA FABRICADA EM POLIURETANO INJETADO, DE 70MM DE ESPESSURA DENSIDADE D55, CARENAGEM PARA ASSENTO E ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE A IMPACTOS E MATERIAL RECICLÁVEL, BASE GIRATÓRIA RECICLÁVEL COM 5 HASTES EQUIDISTANTE, CONFORMADAS POR DOBRAS E REFORÇADAS COM SOLDAS PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA A CARGAS ESTÁTICAS SOBRE O ASSENTO, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA TOTAL 102 CM X LARGURA TOTAL 67CM X PROFUNDIDADE 47CM, ALTURA DA ESPUMA 6 CM, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO DE POLIAMIDA 6.0 E COM CARGA DE POLIPROPILENO COM EIXO CENTRAL APOIADO EM ESFERA DE ROLAMENTO DE AÇO, SISTEMA DE RECLINAÇÃO COM EIXO HORIZONTAL E TRAVAMENTO DO CONJUNTO ESTOFADO EM DUAS POSIÇÕES.	UND	10
11	CADEIRA FIXA MODELO DIRETOR COR VERDE, COM BRAÇO INJETADO EM POLIURETANO COM ALTA RESISTÊNCIA, DE AÇO ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO OU COURVEN COM ACABAMENTO BORDA PVC RÍGIDO E INTERLIGADOS POR AÇO MOLA E ACABAMENTO EM PVC SANFONADO ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR 4 PÉS COM SAPATAS EM PVC, PINTURA EPOXI.	UND	30
12	CADEIRA SIMPLES ESTOFADA, ESTRUTURA EM TUBOS QUADRADOS DE AÇO PINTADOS COM TINTA EPÓXI PRETA E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, ASSENTO EM MADEIRA COM ESPUMA REVESTIDA DE COURVIM VERDE, QUATRO PERNAS E PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA	UND	80



*Handwritten signature in blue ink.*



13	MESA DE TRABALHO POST FORMING, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: MEDINDO 1500 MM X 740 MM X 740 MM, TAMPO EM FORMATO RETO DE MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA DO TIPO OKASUPER COM PRTÍCULAS DE GRANULOMETRIA FINA COM ESPESSURA 25 MM E REVESTIDO LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, BORDA ARREDONDADA A PARTIR DO PROCESSO POST FORMING A 180° ENCABEÇADA NAS LATERAIS COM FITA DE BORDA DE PVC DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO, FIXAÇÃO À ESTRUTURA OU A MÃO FRANCESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTE, PAINEL FRONTAL EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA FENÓLICA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, ESTRUTURA METALICA COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA E RESISTENTE A TESTE DE NÉVOA SALINA, COM COLUNA CENTRAL EM CHAPA DE AÇO SAE 30 X 200 X 1,2MM E TAMPA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO INJETADA EM POLIPROPILENO, TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO SAE 1020 20 X 30 X 1,2MM E TRAVESSA INFERIOR DE TUBO DE AÇO ELÍPTICO SAE 1020 20 X 45 X 1,9MM, COM PONTEIRS DE ACABAMENTO INJETADAS EM POLIPROPILENO E SAPATAS REGULÁVEIS EM FORMA OCTOGONAL COM ROSCA M6 E INJETADAS EM POLIETILENO COM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO, COM GAVETEIRO DE 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, PUXADORES E CHAVES EM TODAS AS GAVETAS, COR CINZA.	UND	80
14	ARMÁRIO METÁLICO TIPO GUARDA-ROUPA, NA COR CINZA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM CHAVE, 8 PORTAS, DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DE 1,93 X 1,21 X 0,43 CM, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, CONFECCIONADO EM CHAPA 24.	UND	12
15	ESTANTE METÁLICA NA COR CINZA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: MEDINDO 1,98 M DE ALTURA X 0,90 M DE COMPRIMENTO X 0,30 M DE PROFUNDIDADE, REGULÁVEL, PINTURA EM EPÓXI PÓ, EM CHAPA 22 PARA BANDEJA E 14 PARA COLUNA, COM 6 PRATELEIRAS.	UND	40
16	ARMÁRIO DE AÇO, 2 PORTAS, MIN (A X L X P) 1980 X 900 X 400 MM, CINZA, C/ CHAVE E MAÇANETA, 5 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, CONFECCIONADO EM CHAPA 26 (0,45 MM), PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ	UND	60
17	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA, 04 GAVETAS, MIN (AXLXP) 1225X470X570 MM, COR CINZA, PORTA-ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM PATINS DE NYLON, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, SENDO AS COLUNAS EM CHAPA Nº 16, GAVETAS EM CHAPA Nº 18, TAMPO E FUNDO EM CHAPA Nº 24 E CORPO EM CHAPA Nº 26, TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ATRAVÉS DE PROCESSO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PO COM CAMADA ENTRE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM	UND	30







	ESTUFA A 240°C, CADA GAVETA DEVERÁ POSSUIR CAPAC. ENTRE 30 A 40 PASTAS POR GAVETAS OU MIN 25 KG		
18	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTO ESTRUTURA E FUNDO EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, COM PRATELEIRAS E VIDRO FRONTAL E LATERAL. MEDIDAS APROXIMADAS ( ALT X COMP X LAR ): 150 X 50 X 40CM, DOTADO DE CHAVE.	UND	30
19	CAMA FAWLER HOSPITALAR COM COLCHÃO, CABECEIRA E PESEIRA EM TUBO QUADRADO DE 40 X 40MM X 1,2MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM CINTA DE AÇO INOX. ESTRUTURA DO ESTRADO CONSTRUÍDO EM LONGARINAS DE AÇO PERFILADOS EM U COM 3,2MM PERFILADOS EM U. ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO 1,5MM. PERMITE OS MOVIMENTOS FAWLER, TRENDELEMBURG, DORSO JOELHOS E VASCULAR, COMANDADOS POR DUAS MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS CROMADAS COM CABO DE BAQUELITE. SISTEMA DE ACIONAMENTOS EM TUBO REDONDO DE 35MM X 1,5MZ. GRADES LATERAIS DE ABAIXAR EM TUBO DE AÇO INOX. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSOS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA EPÓXI-POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA DE EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA MECÂNICA. RODÍZIOS DE 75MM DE DIÂMETRO, COM FREIOS DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL. CAPACIDADE: 180KGS	UND	15
20	MACA INOX PARA TRANPORTE COM ELEVAÇÃO E LEITO EM AÇO INOX, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO	UND	20
21	CADEIRA LONGARINA COM 04 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI,DE ALTA RESISTENCIA COR VERDE.	UND	100
22	SUPORTE DE SORO, TIPO PEDESTAL COM RODIZIOS, AJUSTE DE ALTURA REGULAVEL HASTE DE AÇO INOXIDAVEL ALTURA MINIMA 1110MM E MAXIMA 2560MM HASTE COM 4 GANCHOS	UND	20
23	BALDE A PEDAL - MATERIAL DE CONFEÇÃO POLIPROPILENO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS. TAMPA COM ABERTURA POR PEDAL DE PLÁSTICO PARA EVITAR O CONTATO DIRETO COM O LIXO. POSSUI ARTICULAÇÃO COM ARO EM PLÁSTICO PARA SEGURAR O SACO DE LIXO, HASTE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO E ACOPLADA NA PARTE EXTERNA DA LIXEIRA, IMPEDINDO O ACÚMULO DE RESÍDUOS.	UND	100

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

**SECRETARIA  
MUNICIPAL DE  
SAÚDE**



24	BIOMBO - MATERIAL DE CONFEÇÃO EM AÇO REDONDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A Ó EPÓXI, POSSUI PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" DE DIÂMETRO, TAMANHO TRIPLO, DIMENSÕES: 1,82M LARGURA ABERTO X 0,66M LARGURA FECHADO X 1,77M ALTURA X 0,50M COMPRIMENTO.	UND	30
25	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS - MATERIAL DE CONFEÇÃO: ALUMÍNIO, CAPACIDADE MÍNIMA: 03 L ATÉ 10 L, ACESSÓRIOS: VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO.	UND	5
26	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL- ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO (MANUAL) COM ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, LIVRE DE MERCÚRIO, COM CORPO METÁLICO, COM MANGUITO, PÊRA DE LÁTEX, VÁLVULA COM ROSCA, DE PURGO DE PRECISÃO EM CORPO METÁLICO, COM AJUSTE PRECISO. COM MICROFILTRO PARA PROTEÇÃO DA VÁLVULA DE SAÍDA DE AR E SISTEMA DE MEDIÇÃO. COM MEMBRANA ENDURECIDA, RESISTENTE À SOBRE PRESSÃO DE ATÉ 300 MMHG. DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) 02 (DOIS) BRAÇADEIRAS EM NYLON COM FECHO EM VELCRO, PEDIÁTRICO; B) ESTOJO OU BOLSA PARA CONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.	UND	20
27	ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO - CONFECCIONADO COM TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO EM VELCRO.	UND	40
28	ESFIGMOMANOMETRO OBESO - MATERIAL DE TECIDO DE ALGODÃO, ABRAÇADEIRA\ FECHO EM VELCRO.	UND	20
29	ESTETOSCÓPIO ADULTO- ESTETOSCÓPIO ADULTO BIAURICULAR, COM AUSCULTADOR FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, QUE PERMITA AUSCULTAR SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA SEM A NECESSIDADE DEMUDAR O LADO DO AUSCULTADO. COM REVESTIMENTO DA BORDA ANTI-FRIO PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE. COM HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL, TUBO EM "Y" EM PVC OU SILICONE, COM MOLA INTERNA. COM TODAS AS PARTES DO PRODUTO DEVEM SER ISENTAS DE LÁTEX. DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) 02 (DOIS) PARES DE OLIVAS EM SILICONE, SEM REBARBA; B) 01 (UMA) MEMBRANA PARA A CAMPÂNULA; C) 01 (UM) ESTOJO OU BOLSA PARA CONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.	UND	20
30	ESTETOSCÓPIO INFANTIL - ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, APLICAÇÃO INFANTIL, MATERIAL AUSCULTADOR AÇO INOX, MATERIAL OLIVAS SILICONE ANATÔMICAS, MATERIAL HASTE AÇO INOX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LIVRE DE LÁTEX, ACESSÓRIOS: PAR DE OLIVAS EXTRA, MEMBRANA DO AUSCULTADOR GRANDE E PEQUENA.	UND	15
31	INALADOR/NEBULIZADOR - TIPO PORTÁTIL, ULTRASSÔNICO, COM MÁSCARA DE POLIURETANO, COPINHOS MEDICAÇÃO, TRAQUEIA ADULTO, 110/220V, SAÍDAS SIMULTÂNEAS: 1. LEVE, SILENCIOSO.	UND	20



*Handwritten signature and initials in blue ink.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Celso Machado Nº 100 - Bairro: Cristo Redentor - CEP: 68748-000 - São Francisco do Pará – Pará



32	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL TELA LCD COLORIDA - COM INDICAÇÃO DA SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA E TABELAS DE TENDÊNCIA. APARELHO PORTÁTIL E LEVE, TELA ROTACIONAL, PERMITE VISUALIZAÇÃO NA VERTICAL OU HORIZONTAL, NÍVEIS DE ALARMES AJUSTÁVEIS DA SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA, INDICADOR LUMINOSO DE ALERTA, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 20 HORAS E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO. DADOS TÉCNICOS: SPO2: INTERVALO: 0-100%, PRECISÃO: ± 2% EM 70-100%, RESOLUÇÃO: 1%, PULSAÇÃO: 30-250BPM, PRECISÃO: ± 2BPM, RESOLUÇÃO: 1%, DIMENSÕES: 13,5 X 7,5 X 2,8 CM, 260 GRAMAS. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 SENSOR DE SPO2 REUTILIZÁVEL ADULTO E PEDIÁTRICO, 04 BATERIAS NI-MH RECARREGÁVEIS, 01 CAPA DE PROTEÇÃO COM SUPORTE, 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100 A 240VAC), 01 MANUAL DE OPERAÇÃO	UND	30
33	MESA DE MAYO EM AÇO INOX, TUBOS REDONDOS ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE 4,00 UN AÇO INOX PADRAO AISI 304 DE 1" DE DIAMETRO COM A ESPESSURA DE 1,2 MM COM ACABAMENTO POLIDO QUE FACILITA O PROCESSO DE ASSEPSIA. HASTE E SUPORTE DE BANDEJA EM AÇO INOX PADRAO AISI 304. RODAS 2" EM MATERIAL TERMO PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA GIRATORIA PERMITINDO O MOVIMENTO ROTACIONAL E DE TRANSLAÇÃO. ACOMPANHA BANDEJA DE MESA DE MAYO EM AÇO INOX. DIMENSÕES: COMP. 0,50 M X 0,35 M LARG. E LATURA REGULAVEL. ATRAVES DE MANIPULO CHEGANDO A ALTURA DE 1,20 M.	UND	15
34	CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA INOX CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA EM 2,00 UN TUBOS DE 1" X 1,2 MM DE ESPESSURA EM AÇO INOX PADRAO AISI 304 COM ACABAMENTO POLIDO O QUE FACILITA O PROCESSO DE ASSEPSIA. TAMPO E PRATELEIRA EM AÇO INOX PADRAO AISI 304 COM ACABAMENTO ESCOVADO DE ESPESSURA 1,0MM FIXADO NA ESTRUTURA TABULAR ATRAVES DE SOLDA, COM SISTEMA DE GUARNIÇÃO INOX 5/16" EM VOLTA DE TODA BANDEJA. RODAS 3" EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA FIXADA NA ESTRUTURA EM AÇO INOX ATRAVES DE UM SISTEMA DE BUCHA EXPANSIVA, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE E SUPORTANDO MAIS PESO.	UND	12
35	OTOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO DE FIBRA ÓTICA, LÂMPADA DE LED, ALTURA TOTAL: 16,8 CM; LARGURA DA CABEÇA: 3,0 CM; PROFUNDIDADE DA CABEÇA: 5,1 CM; DIÂMETRO DO CABO: 2,1 CM; TIPO DE PILHA: 2 PILHAS ALCALINA AA; CAPACIDADE DE AMPLIAÇÃO: 3,6X; DIOPTRIA: 10,4; PROFUNDIDADE FOCAL COM ESPÉCULOS (VISUAL): 11 A 25 MM DA PONTA DO ESPÉCULO; COMPRIMENTO FOCAL: 96 MM (3,8 IN.); CAMPO DE ILUMINAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO: 34,1 MM A UMA DISTÂNCIA DE 50 MM DA PONTA; FLUXO TOTAL (LUMENS, ANDOR): 2,90 LUMENS; ACOMPANHA 4 ESPÉCULOS NOS TAMANHOS: 2,5, 3, 4 E 5MM. GARANTIA: 03 ANOS	UND	20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**SECRETARIA  
MUNICIPAL DE  
SAÚDE**



36	DETECTOR FETAL DE MESA: SONAR PARA BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS, DIMENSÕES 95 X 200 X 210 MM, AUSCULTA CÁRDIO-FETAL A PARTIR DA 10ª SEMANA. -BOTÃO LIGA/DESLIGA COM REGULAGEM DE VOLUME. -BOTÃO COM REGULAGEM DE TONALIDADE. -FREQUÊNCIA 2,2 MHZ. -CICLAGEM DE 6.000 A 60.000. -PESO LÍQUIDO DE 1,600KG. -GARANTIA DE MÍNIMA DE 02 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. -SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SONS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220V. 50/60 HZ. -ACOMPANHA FONE DE OUVIDO PARA AUSCULTA INDIVIDUAL. -FILTRO MINIMIZADOR DE INTERFERÊNCIA DURANTE A UTILIZAÇÃO. -AUSCULTA DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS POR MÉTODO DE ULTRA-SOM. -GABINETE CONFECCIONADO EM POLIÉSTER -SUPORTE PARA ALOJAMENTO DO TRANSDUTOR, FIXADO NA LATERAL DO GABINETE.	UND	15
37	AVENTAL DE CHUMBO PUMBÍFERO COM PROTETOR DE TIREÓIDE: TAMANHO 0,60 X 0,90. FABRICADOS EM BORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,25MM PB. REVESTIMENTO EM TECIDO LAVÁVEL. PESO: 6,000 KG	UND	4
38	AVENTAL DE CHUMBO PUMBÍFERO COM PROTETOR DE TIREÓIDE: TAMANHO: 110X60 CM. FABRICADOS EM BORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE A 0,25MM PB. REVESTIMENTO EM TECIDO LAVÁVEL	UND	4
39	CÂMARA PARA REVELAÇÃO RX ODONTOLÓGICO: MATERIAL: POLIESTIRENO. BATERIA 9V, VISOR DE ACRÍLICO VERMELHO TRANSLÚCIDO COM PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA. TAMPA SUPERIOR REMOVÍVEL. BASE REMOVÍVEL. COPOS DE FÁCIL REPOSIÇÃO. LUVAS REMOVÍVEIS E LAVÁVEIS. ILUMINAÇÃO QUE PERMITE TOTAL VISUALIZAÇÃO DO INTERIOR DA CÂMARA E NÃO DANIFICA A RADIOGRAFIA. BIVOLT. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND	3
40	LANTERNA CLÍNICA LED, TOM DE LUZ AMARELADO; POSSUI CLIPE DE BOLSO, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS AAA (PALITO), GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UND	30
41	NEGATOSCÓPIO DE 1 CORPO MATERIAL: AÇO VOLTAGEM: BIVOLT DIMENSÕES: 47X38X9CM (A X L X P) PESO: 5KG	UND	15
42	CAIXA TÉRMICA POLIURETANO COM ALÇA, CAPACIDADE 34 LITROS	UND	10
43	ESCADA COM 02 DEGRAUS: ESCADA DE FERRO COM 2 DEGRAUS, ESMALTADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA E PISO ANTIDERRAPANTE PRODUTO: 42 X 42 X 40 (L X C X A). PESO: 4,5 KG.	UND	20
44	POLTRONA HOSPITALAR (RECLINAÇÃO MANUAL, CAPACIDADE DE ATÉ 120 KG, MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO/ENCOSTO DE ESTOFADO COURVIN, DESCANÇO PARA OS PÉS).	UND	20
45	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) (CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE DE ATÉ 25 LITROS).	UND	20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Celso Machado Nº 100 - Bairro: Cristo Redentor - CEP: 68748-000 - São Francisco do Pará - Pará

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

**SECRETARIA  
MUNICIPAL DE  
SAÚDE**



46	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL (ILUMINAÇÃO DE LED, HASTE FLEXÍVEL)	UND	15
7	DESTILADOR DE ÁGUA (CAPACIDADE DE ATÉ 5 LITROS/HORA).	UND	10
48	TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA (2 CHIPS, GANHO ANTENA EXTERNA 12 - 18 DBI, FREQUÊNCIA DA ANTENA EXTERNA 850 - 1990 MHZ, CABO COAXIAL 12 - 30 METROS, VIVA VOZ, AGENDA TELEFÔNICA, REGISTRO DE CHAMADA, BATERIA).	UND	7
49	SELADORA (TIPO MANUAL-PEDAL, APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO).	UND	10
50	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - 3 PÁS - VOLTAGEM 110/220V - COR: PRETO	UND	70
51	PURIFICADOR DE ÁGUA BRANCO COM PAINEL TOUCH, ALERTA TROCA FILTRO, BANDEJA REMOVÍVEL, SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO, TRÊS OPÇÕES DE TEMPERATURA, PÉS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, 2 ESTÁGIOS DE FILTRAGEM, TIPO DE ÁGUANATURAL, FRIA E GELADA, TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT, GARANTIA 12 MESES.	UND	20
52	TELEVISAO- A CORES, TELA DE LED, DE NO MIN. DE 40 POLEGADAS, FULL HD, PROPORÇÃO DA IMAGEM 16:9, COM RESOLUÇÃO DE 1920 X 1080P, DIAGONAL VISUAL DE NO MÍNIMO DE 100CM, FUNÇÕES: SMART TV COM WI-FI INTEGRADO, CONEXÕES DE ENTRADA/SAÍDA MÍNIMAS:01 ENTRADA HDMI,01 ENTRADA ETHERNET LAN E 01 ENTRADA USB, SAÍDA DIGITAL OPTICA, COM RECEPÇÃO PARA NO MÍNIMO 121 CANAIS, ANTENA, TV A CABO, SISTEMA DE CORES PAL-M, PAL-N, NTSC, CONTROLE REMOTO PADRÃO, VOLTAGEM BIVOLT, CONSUMO APROXIMADO 0,20KWH/MES, MEDINDO APROXIMADAMENTE NO MÍNIMO 900X510X19MM,PESANDO NO MAXIMO COM SUPORTE 11KG, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, MANUAL EM PORTUGUÊS, FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO	UND	10
53	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL	UND	10
54	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL: COM TELA DE LCD, CONTADOR NUMÉRICO DIGITAL E BATERIA RECARREGÁVEL. UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª À 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO, POSSIBILITANDO A AVALIAÇÃO DO RITMO CARDÍACO FETAL DURANTE A GRAVIDEZ E PARTO. CAPACIDADE DE INFORMAR DADOS DE LOCALIZAÇÃO DA PLACENTA E DETECÇÃO DO FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL COM CONTROLE DE TONALIDADE DE SOM PARA FILTRAGEM DE RUÍDOS INDESEJÁVEIS. TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE. FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO APROXIMADA 2,0MHZ; COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO COM DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR; ALTO FALANTE DE ALTA QUALIDADE; ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO E GRAVADOR DE SOM. POSSUI SOM COM VOLUME AJUSTÁVEL E ALARME SONORO E VISUAL; ITENS INCLUSO: BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL MAIS 01 (UMA) BATERIAS EXTRA E CARREGADOR BIVOLT QUE REALIZA O CARREGAMENTO INTEGRADO AO EQUIPAMENTO, FONE DE OUVIDO, BOLSA PARA TRANSPORTE, MANUAL ESCRITO NA LINGUÁ PORTUGUESA, APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO.	UND	30
55	CONTEINER LIXEIRA PLÁSTICA 120 LITROS COM RODAS 200MM PRETO	UND	20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Celso Machado Nº 100 - Bairro: Cristo Redentor - CEP: 68748-000 - São Francisco do Pará - Pará

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

SECRETARIA  
MUNICIPAL DE  
SAÚDE



56	CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA 60L COM 4 LIXEIRAS COM SUPORTE	UND	15
57	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA 120KG	UND	20
58	MACA HOSPITALAR FIXA COM CAPACIDADE DE ATÉ 250KG, SUPORTE PARA PAPEL E CABECEIRA REGULÁVEL (TRÊS POSIÇÕES).	UND	30
59	MACA HOSPITALAR FIXA COM CAPACIDADE DE ATÉ 250KG E CABECEIRA REGULÁVEL (TRÊS POSIÇÕES)	UND	30
60	KIT COM VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO, FLUXÔMETRO E UMIDIFICADOR. FLUXÔMETRO MEDIDOR DE AR COMPRIMIDO, UMIDIFICADOR PVC 250 ML PORCA NYLON, VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO OXIGÊNIO, CONECTOR UNIÃO PARA EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, MANGUEIRA EXTENSÃO DE OXIGÊNIO HOSPITALAR PVC ATÓXICO 2 MTS.	KIT	20
61	CARRINHO PARA TRANSPORTAR O CILINDRO DE 1M <sup>3</sup> , 1,5M <sup>3</sup> OU 2M <sup>3</sup> .	UNID	01
62	CARRINHO PARA TRANSPORTAR O CILINDRO DE 10M <sup>3</sup> .	UNID	01
63	KIT MICRONEBULIZADOR PARA REDE DE AR COMPRIMIDO ADULTO. COMPOSTO POR: COPO DE NEBULIZAÇÃO 6ML / POLIESTIRENO (PS), POLIPROPILENO (PP), 1 EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, 1 MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO.	KIT	20
64	KIT MICRONEBULIZADOR PARA REDE DE AR COMPRIMIDO INFANTIL. COMPOSTO POR: COPO DE NEBULIZAÇÃO 6ML / POLIESTIRENO (PS), POLIPROPILENO (PP), 1 EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, 1 MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO.	KIT	20
65	KIT MÁSCARA COM RESERVATÓRIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO - COMPOSTO POR: MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO, 1 BOLSA RESERVATÓRIA CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE. 1,5 METROS DE MANGUEIRA, 1 ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DA MÁSCARA.	KIT	20
66	KIT MÁSCARA COM RESERVATÓRIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL - COMPOSTO POR: MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO, 1 BOLSA RESERVATÓRIA CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE. 1,5 METROS DE MANGUEIRA, 1 ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DA MÁSCARA.	KIT	20



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Celso Machado Nº 100 - Bairro: Cristo Redentor - CEP: 68748-000 - São Francisco do Pará - Pará